

Police, 11 maja 2020 r.

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA 2 DO POSTĘPOWANIA PR.272.8.2020

Dotyczy: „Dostawy pomocy dydaktycznych i naukowych oraz sprzętu stanowiącego wyposażenie pracowni chemicznych”

W dniu 11 maja 2020 r. do Zamawiającego wpłynęły zapytania drogą mailową na adres kontakt8-3@policki.pl odnośnie treści Ogłoszenia o zamówieniu oraz Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest **„Dostawa pomocy dydaktycznych i naukowych oraz sprzętu stanowiącego wyposażenie pracowni chemicznych”**. Mając na uwadze brzmienie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) poniżej przekazuję treść pytań wraz z odpowiedziami.

PYTANIE NR 1

Pytanie dotyczy pozycji 38.

Proszę o podanie:

- wydajności sprężarki
- ciśnienia maksymalnego sprężarki
- pojemności zbiornika
- zakresów przepływów dla rotametru
- rodzaju oraz parametry reaktora
- co zamawiający ma na myśli pisząc „bełkotka”

ODPOWIEDŹ NR 2

Dopuszcza się sprężarki zgodne z opisem z SIWZ, jeżeli SIWZ nie opisuje szczegółowych wymagań, oznacza to, że istnieje możliwość wyboru dowolnej sprężarki.
„Bełkotka” to inaczej barboter (urządzenie do barbotażu).

PYTANIE NR 2

Zwracamy się również z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert.

ODPOWIEDŹ NR 2

Zamawiający nie zgadza się na przesunięcie terminu składania ofert.

PYTANIE NR 3

Dotyczy pozycji 248. SZAFKA METALOWA na odczynniki chemiczne.

Uprzejmie proszę o uściślenie czy szafka na odczynniki ma być metalowa czy też wykonana z płyty melaminowej. Szafka wykonana z płyty melaminowej nie spełnia normy EN 14470-1, która dotyczy ognioodporności 90 min.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to by szafka spełniała tylko normę PN-EN 14727.

ODPOWIEDŹ NR 3

Zamawiający dopuszcza dowolnie albo szafę metalową albo melaminową. W przypadku szafy wykonanej z płyty melaminowej Zamawiający dopuszcza spełnienie tylko normy PN-EN 14727.

Termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

Na oryginale właściwy podpis
Beata Chmielewska
Członek Zarządu Powiatu w Policach